



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN 149:2001+A1 :2010 *Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado :*

Apartados 7.1, 7.2, 7.9.2 Penetración del material filtrante frente a aerosol de NaCl en estado de recepción (Penetración después de 3,5 minutos)

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.

La clasificación final de una mascarilla tipo FFP según UNE-EN 149 viene determinada por los resultados de un conjunto de ensayos y no sólo por el aquí reflejado.

Referencia SALUDMADRID	Remitente	Tipo	Referencia CNMP	Fecha entrada CNMP	Fecha ensayo	Penetración con NaCl (%)	Conclusión	Observaciones
Pppe. De Asturias PROTECTIVE MASK GB2606-KN95 QINGDAO FAMULEI 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Ppe. de Asturias)	KN95	19/05/2020 	19-05-20	27-05-20	42,67 40,76 44,29	No cumple	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-1 VENUS V-420-V 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	27-05-20	1,48 1,03 1,26	Cumple FFP2	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-2 SAUDE - AR SAFETY 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	27-05-20	2,86 3,07 1,99	Cumple FFP2	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-5 GARRY GALAXY (cod.barras 6972306630004) LOT. 200318-201110 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	N95	07.05.20 	07-05-20	27-05-20	1,80 1,97 1,83	Cumple FFP2	Solicitado 22-may



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN 149:2001+A1 :2010 *Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado :*

Apartados 7.1, 7.2, 7.9.2 Penetración del material filtrante frente a aerosol de NaCl en estado de recepción (Penetración después de 3,5 minutos)

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.

La clasificación final de una mascarilla tipo FFP según UNE-EN 149 viene determinada por los resultados de un conjunto de ensayos y no sólo por el aquí reflejado.

Referencia SALUDMADRID	Remitente	Tipo	Referencia CNMP	Fecha entrada CNMP	Fecha ensayo	Penetración con NaCl (%)	Conclusión	Observaciones
STA CRISTINA-12 PGT - FUJIAN DaHONG 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	29-05-20	4,85 1,81 1,85	Cumple FFP2	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-9 LAMDOWN SD-KN95 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	KN95	07.05.20 	07-05-20	01-06-20	4,78 5,40 3,68	Cumple FFP2	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-3 DRAGER SM X-PLORE 1350 N95 V S/M 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	N95	07.05.20 	07-05-20	02-06-20		Cumple FFP2	*Verificada el 3 de mayo para el SES. Dräger es una empresa muy conocida en el suministro de EPI Las mascarillas referencian certificación NIOSH N95
STA CRISTINA-4 DRAGER XS X-PLORE 1350 N95 V XS 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	N95	07.05.20 	07-05-20	02-06-20		Cumple FFP2	*Verificada el 3 de mayo para el SES. A título informativo se le aportan datos de ensayos de 3 muestras de un modelo similar (modelo 1350 con válvula) Dräger es una empresa muy conocida en el suministro de EPI Las mascarillas referencian certificación NIOSH N95



La norma parcialmente aplicada es la UNE-EN 149:2001+A1 :2010 *Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado* :

Apartados 7.1, 7.2, 7.9.2 Penetración del material filtrante frente a aerosol de NaCl en estado de recepción (Penetración después de 3,5 minutos)

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas en las fechas indicadas que sólo son válidos para las muestras ensayadas.

La clasificación final de una mascarilla tipo FFP según UNE-EN 149 viene determinada por los resultados de un conjunto de ensayos y no sólo por el aquí reflejado.

Referencia SALUDMADRID	Remitente	Tipo	Referencia CNMP	Fecha entrada CNMP	Fecha ensayo	Penetración con NaCl (%)	Conclusión	Observaciones
STA CRISTINA-6 HY 9330 CE2797 FFP3 NR D 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP3	07.05.20 	07-05-20	02-06-20	0,50 0,24 0,25	Cumple FFP3	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-7 HY 8620 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	02-06-20		Cumple FFP2	*Verificada el 6 de mayo para IB-SALUT
STA CRISTINA-8 LJK CHANGNING LINGJIAKANG 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	02-06-20	10,21 12,04 12,81	No cumple FFP2 Cumple FFP1	Solicitado 22-may
STA CRISTINA-14 ASZ RB CE0194 	Susana Álvarez Gómez (Hospital Sta. Cristina)	FFP2	07.05.20 	07-05-20	02-06-20		Cumple FFP2	*Verificada el 21 de mayo para el SAS